# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым"**

наименование

**RA.RU.310576**

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **РОССИЯ, Крым республика, 295000, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", зд. 61.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **РОССИЯ, Крым республика, 295047, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, помещение 41.**

адреса мест осуществления деятельности

3. **РОССИЯ, Крым республика, 298517, г.о. Алушта, г. Алушта, улица Партизанская, д.23.**

адреса мест осуществления деятельности

4. **РОССИЯ, Крым республика, 297407, г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул. Некрасова, д.110.**

адреса мест осуществления деятельности

5. **РОССИЯ, Крым республика, 296100, г.о. Джанкой, г. Джанкой, ул. Крымская, д.72.**

адреса мест осуществления деятельности

6. **РОССИЯ, Крым республика, 298107, г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Строительная, д.11.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

**РОССИЯ, Крым республика, 295000, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", зд. 61.**

адреса мест осуществления деятельности

| N П/П | Измерения | Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 2. Поверка средств измерений (КК) | | | | | |
| 2.1. | Измерения геометрических величин; | Измерители коэффициента сцепления дорожного покрытия; | 0,05 – 0,7 | Погрешность:<br>ПГ ±(0,03 – 0,05); | - |

| N П/П | Измерения | Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 2.2. | Измерения давления, вакуумные измерения; | Калибраторы, преобразователи (датчики) и измерительные каналы давления; | (-0,1 – 25) МПа | Погрешность:<br>ПГ ±(0,05 – 1,0)%; | - |
| 2.3. | Измерения времени и частоты; | Устройства синхронизации времени по ГНСС; | 1 Гц | Погрешность:<br>ПГ ±1 мкс; | - |
| 2.4. | Радиотехнические и радиоэлектронные измерения; | Вольтметры переменного тока высокочастотные; | $(1 \cdot 10^{-5} – 300)$ В<br>$(10 – 50 \cdot 10^{6})$ Гц | Погрешность:<br>ПГ ±(1,0 - 25,0) %; | - |

**РОССИЯ, Крым республика, 295047, г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, помещение 41.**

адреса мест осуществления деятельности

| N П/П | Измерения | Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 2. Поверка средств измерений (КК) | | | | | |
| 2.1. | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Счетчики жидкости объемные, преобразователи расхода, расходомеры жидкости объемные электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и т.п.; | (0,03 – 120,0) м³/ч | Погрешность: ПГ ± (1 – 5) %; | - |
| 2.2. | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Преобразователи расхода, расходомеры, счетчики объемного расхода газа; | (0,1 – 650,0) м³/ч | Погрешность: ПГ ± (1 – 5) %; | - |

**РОССИЯ, Крым республика, 298517, г.о. Алушта, г. Алушта, улица Партизанская, д.23.**

адреса мест осуществления деятельности

| N П/П | Измерения | Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 2. Поверка средств измерений (КК) | | | | | |
| 2.1. | Измерения физико-химического состава и свойств веществ; | Гигрометры психрометрические; | (0 – 45) °С<br>(20 – 93) % | Погрешность:<br>ПГ ±(0,2 – 0,5) °С<br>ПГ ±(5 – 15) %; | Периодическая |

| N П/П | Измерения | Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 2. Поверка средств измерений (КК) | | | | | |
| 2.1. | Измерения механических величин; | Весы для статического взвешивания<br>– механические;<br>– используемые при прямой продаже населению;<br>– с печатанием этикетки с ценой;<br>– автомобильные;<br>– железнодорожные; | <br>$(2 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{4})$ кг<br>$(2 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{4})$ кг<br><br>$(2 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{4})$ кг<br><br>$(3 \cdot 10^{3} - 8 \cdot 10^{4})$ кг<br>$(3 \cdot 10^{4} - 2 \cdot 10^{5})$ кг | Погрешность:<br>ПГ ±(0,5 – 1,5) e<br>КТ средний (III) ; | - |

**РОССИЯ, Крым республика, 296100, г.о. Джанкой, г. Джанкой, ул. Крымская, д.72.**

адреса мест осуществления деятельности

| N П/П | Измерения | Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 2. Поверка средств измерений (КК) | | | | | |
| 2.1. | Измерения механических величин; | Весы для статического взвешивания<br>– механические;<br>– используемые при прямой продаже населению;<br>– с печатанием этикетки с ценой;<br>– автомобильные;<br>– железнодорожные; | <br>$(2 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{4})$ кг<br>$(2 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{4})$ кг<br><br>$(2 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{4})$ кг<br><br>$(3 \cdot 10^{3} - 8 \cdot 10^{4})$ кг<br>$(30 \cdot 10^{3} - 2 \cdot 10^{5})$ кг | Погрешность:<br>ПГ ±(0,5 – 1,5) e<br>КТ средний (III) ; | - |

**РОССИЯ, Крым республика, 298107, г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Строительная, д.11.**

адреса мест осуществления деятельности

| N П/П | Измерения | Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 2. Поверка средств измерений (КК) | | | | | |
| 2.1. | Измерения механических величин; | Весы для статического взвешивания<br>– механические;<br>– используемые при прямой продаже населению;<br>– с печатанием этикетки с ценой;<br>– автомобильные;<br>– железнодорожные; | <br>$(2 \cdot 10^{-2}$ - $1 \cdot 10^{4})$ кг<br>$(2 \cdot 10^{-2}$ - $1 \cdot 10^{4})$ кг<br>$(2 \cdot 10^{-2}$ - 30) кг<br>$(3 \cdot 10^{3}$ - $80 \cdot 10^{3})$ кг<br>$(3 \cdot 10^{4}$ - $200 \cdot 10^{3})$ кг | Погрешность:<br>ПГ ±(0,5 – 1,5) e<br>КТ средний (III) ; | - |

Генеральный директор | Подписано электронной подписью | Г.М. Коптев

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица